

高精度分析データに関する要求事項

1. 分析対象化学物質

|     |                 | Cd | Pb | Hg | Cr6+ | PBB s | PBDE s | Br | Cl | F  | DEHP | BBP | DBP | DIBP | Be |
|-----|-----------------|----|----|----|------|-------|--------|----|----|----|------|-----|-----|------|----|
| 部材  | 有機系部位           | 必須 | 必須 | 必須 | 必須   | 必須    | 必須     | 必須 | 必須 | 必須 | 必須   | 必須  | 必須  | 必須   | ※1 |
|     | 無機系部位           | 必須 | 必須 | 必須 | 必須   | -     | -      | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | ※1 |
| 梱包材 | 弊社製品に接触する梱包材 ※2 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須   | -     | -      | -  | -  | -  | 必須   | 必須  | 必須  | 必須   | -  |
|     | 弊社製品に接触しない梱包材   | 必須 | 必須 | 必須 | 必須   | -     | -      | -  | -  | -  | -    | -   | -   | -    | -  |

※1 依頼時にご提出をお願いする場合があります。それ以外の場合は不要です。

※2 対象品は依頼時に指定させていただきます。

2. 選定される分析機関の条件

- 1) ISO17025認証を取得している分析機関であること。  
注) EU RoHS指令の分析については、認証範囲に、対象サンプルの材質に適したIEC62321規格の認証が含まれていること。  
2) 分析機関は、第三者分析機関であること。

3. 各化学物質の高精度分析方法

- 1) EU RoHS指令の規制物質 : IEC62321規格によること  
Cr6+ は Spot test法は認めません  
2) 臭素、塩素、フッ素 : EN14582規格によること  
3) Be（ベリリウム） : EPA3050B, EPA3052によること

上記規格は最新版とし、高精度分析データに規格名が記載されていること

4. 分析データ（報告書）への記入項目

- 必ず以下の項目について記載された分析データであること。（記載漏れがある場合、再提出を依頼致します）  
①前処理方法（完全溶解の記述） ②測定方法 ③測定者名、測定責任者名、測定機関名 ④測定日 ⑤測定フローチャート  
⑥測定結果（N.D.（not detectable）の場合は、定量下限値も記載があること） ⑦サンプル写真 ⑧サンプル名

5. 分析データの有効期間

ご提出頂く分析データは分析報告書の分析完了日から「1年間」であること。  
有効期限の更新データにつきましては、お取引先様において有効期限の管理と更新、弊社への再提出をお願いいたします。

6. 複数の素材で構成されている部材の分析について

金属と樹脂（有機系材料）等、複数の素材で構成されている部材についてはそれぞれの構成部位（均質材料）毎に分析されていること。

7. 分析データの言語

英文版での分析データをご提出願います。  
注) 他言語との併記でも構いません。

8. ご回答希望納期

別途ご連絡致します。

9. 送付先/調査方法の問い合わせ先

弊社の調査依頼部門

以 上